
	ÖZEL VERSA HASTANESİ			
	YIKAMA CİHAZI TALİMATI			
DOK.KODU:SH.TL.09	YAYIN TR: 05.01.2021	REVİZYON NO:00	REVİZYON TARİHİ:00	SAYFA NO:1

1.AMAÇ

Sterilizasyonda yürütülen faaliyetleri tanımlamak

2.KAPSAM

Bu talimat tüm sterilizasyonda bulunan yıkama cihazını kapsar.

3.SORUMLULAR

Sterilizasyon sorumlusu sorumludur.

4.KULLANILAN CİHAZLAR

5.TALİMAT

5.1.İç filtre çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir.

5.2.Her hafta dozaj pompaları kontrol edilmelidir.

5.3.Her hafta püskürtme uçları kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Temsilcisi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim